REHATEC®

Kunde:
Seriennummer:

Wartungsplan zur regelmäßigen Überprüfung

ZUG 260/265

Pos.	Bereich	Prüfung			
		Einstellung / Funktion		Beschädigung / Verformung	Verschraubungen
1	Hauptrahmen	Hauptrahmen			
2	Rahmenzubehör	Transportrollen			
		Fußbrett			
3	Höhenverstellung	Funktion			
		Auslöseknopf			
		Gasfeder			
4	Schiebebogen	Schiebegriffe			
		Rastergelenk			
		Festigkeit des Gummis			
5	Trapezadapter				

Wartung durchgeführt von: _____ am: _____

Wartung durchgeführt von: _____ am: _____

Wartung durchgeführt von: _____ am: _____

Wartung durchgeführt von: _____ am: _____

Wartung durchgeführt von: _____ am: _____

Wartung durchgeführt von: _____ am: _____

Wartung durchgeführt von: _____ am: _____

Wartung durchgeführt von: _____ am: _____

Wartung durchgeführt von: _____ am: _____

Wartung durchgeführt von: _____ am: _____