Information zu Instandhaltungs-/ Wartungsintervallen

REHATEC®

Stand 02/2025

Der genaue Instandhaltung-/Wartungsumfang ist in der jeweiligen Gebrauchsanweisung beschrieben.

Rückenliegebretter

Produkt	Vorgesehene Wartungsintervalle
Liegebär Lasse 2020	12 Monate
Biometrisches Stehsystem DaVinci	12 Monate

Stehgeräte

Produkt	Vorgesehene Wartungsintervalle
Stehgerät Standard	12 Monate
Stehgerät Impuls	12 Monate
Stehgerät Jumbo und Jumbo für Stehorthesen	12 Monate
Stehgerät Benni	12 Monate
Stehgerät Speeedy	12 Monate

Therapiestühle/Zimmeruntergestelle

Produkt	Vorgesehene Wartungsintervalle
Therapiestuhl Nele 2020	12 Monate
Therapiestuhl Nele Gr. Mini	12 Monate
Therapiestuhl Nele Classic 2020	12 Monate
Therapiestuhl Nele Classic Gr. Mini	12 Monate
Zimmeruntergestell Noah 2020	12 Monate
Zimmeruntergestell Noah Gr. Mini	12 Monate
Zimmeruntergestell Nick 2020	12 Monate
Therapiestuhl Pauli	12 Monate

Sitzschalenfahrgestelle

Produkt	Vorgesehene Wartungsintervalle
Sitzschalenfahrgestell Galileo	12 Monate
Sitzschalenfahrgestell Mika	12 Monate
Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing	12 Monate

Bad/Dusche

Produkt	Vorgesehene Wartungsintervalle
Bade- und Duschliege Melody	12 Monate

Kopfstützen

Produkt	Vorgesehene Wartungsintervalle
Pro-System	12 Monate
Heads Up	12 Monate

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 9136 0 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf **www.rehatec.com**.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.