

## Heidelberger Stehgerät Impuls

Betreiber


Produkt

Seriennummer

Wartungsintervall

<b>12 Monate</b>
------------------

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Untergestell Standard						
		Standfüße						
		Feststellbremse der Rollen						
		Wand- und Möbelschutz						
		Untergestell Multi						
		Untergestell Multi mit tiefem Einstieg						
		Untergestell Multi verbreitert						
2	Fußbereich	Fußplatte						
		Fußschalen						
		Fußriemen						
3	Kniebereich	Kniepelotten Standard						
		Kniepelotten anatomisch						
		Kniepelotten nach Maß						
		Halterung einzeln verstellbar						
		Halterung in 3 Ebenen verstellbar						
		Polster und Bezüge der Kniepelotten						
4	Beckenbereich	Schwenkarmbeckenrahmen						
		- Halterungen						
		Beckenpelotten						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Barrenholm						
		Beckenpelotten, aufsteckbar						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

--

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
5	Gurtaufrollung	Aufrollgurte inkl. Ösen						
		Gehäuse						
		Netzkabel/-stecker						
		Handbediengerät						
		mechanische Notabsenkung						
		Notaus						
		Gesäßgurt nach Maß						
		Gesäßgurt, Standard						
		Gesäßgurt, angeformt						
6	Thoraxbereich	Brustpelotte						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Seitenführungspelotten						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
7	Rückenbereich	Rückenpelotte						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
8	Tischbereich	Tisch						
		- Halterungen						
		Armauflagen						
		Tischumrandungen						
		Tischplattenschrägverstellung						
		Tischtiefenverstellung						
9	Kopfbereich	Kopfstützen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift