

## Heidelberger Stehgerät Speedy

Betreiber


Produkt

Seriennummer

Wartungsintervall

<b>12 Monate</b>
------------------

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Grundgestell						
		Mittelsäule						
		Feststellbremse der Rollen						
		Wand- und Möbelschutz						
		Untergestell Multi						
		Untergestell Multi mit tiefem Einstieg						
		Schrägverstellung						
2	Fußbereich	Fußplatte						
		Fußschalen						
		Fußriemen						
3	Kniebereich	Kniepelotten Standard						
		Kniepelotten anatomisch						
		Halterung einzeln verstellbar						
		Halterung in 3 Ebenen verstellbar						
		Polster und Bezüge der Kniepelotten						
4	Beckenbereich	Schwenkarmbeckenrahmen						
		- Halterungen						
		Schritttrolle						
		- Halterungen						
		Spinenpelotten						
		- Befestigung und Polster						

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
5	Thoraxbereich	Brustpelotte						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Brustpelotte Sternum inkl. Seitenführungspelotten						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Seitenführungspelotten						
		- Halterungen						
6	Tischbereich	Tisch						
		- Halterungen						
		Tischumrandungen						
		Tischplattenschrägverstellung						
7	Räder	Antriebsräder						
		Speichenschutz						
		Stützräder						
8	Rückenbereich	Rückenpelotte						
		- Halterung						
		- Polster und Bezüge						
		Rückenpelotte, winkelverstellbar						
		- Halterung						
		- Polster und Bezüge						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift